

REPARTO	CdC	BOMBOLE/ CAPACITÀ/VALVOLA	QTÀ	USO/UBICAZIONE
PRESIDIO DI CREMA				
DEGENZE				
UO MEDICINA	10015	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	4	TRASPORTO PAZIENTI/LOCALE DEPOSITO
UO ONCOLOGIA	10401	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	2	TRASPORTO PAZIENTI/LOCALE DEPOSITO
DH ONCOLOGICO		NO		
UO NEUROLOGIA	12210	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO PAZIENTI/LOCALE DEPOSITO 2
UO NEFROLOGIA	14010		1	TRASPORTO PAZIENTI/LOCALE DEPOSITO 3
UO DIALISI		NO		
UO PSICHIATRIA		NO		
UO PNEUMOLOGIA	12330	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	2	TRASPORTO PAZIENTI/BALCONE GUARDIOLA
		O <sub>2</sub> -2 litri-IRV	1	RESPIRATORE V60/ BALCONE GUARDIOLA
		O <sub>2</sub> 31 litri Dewars (Medigas)	2	OSSIGENOTERAPIA-CRONICA-DOMICILIARE/ BALCONE GUARDIOLA
DAY SURGERY		O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO PAZIENTI/GUARDIOLA VICINO SCRIVANIA
UO GASTROENTEROLOGIA	10030	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO PAZIENTI/GUARDIOLA SOTTO LA FINESTRA
UO UROLOGIA	13210	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO PAZIENTI/BALCONE GUARDIOLA
UO CHIRURGIA	11012	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	2	TRASPORTO PAZIENTI/ GUARDIOLA VICINO SCRIVANIA
UO ORTOPEDIA	11210	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO PAZIENTI/GUARDIOLA VICINO SCRIVANIA
UO OTORINO	13010	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO PAZIENTI/STUDIO COORDINATORE- VICINO ARMADIO
UO OSTETRICIA/ GINECOLOGIA		NO		
UO CARDIOLOGIA	12010	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1+1	TRASPORTO PAZIENTI/DEPOSITO RETRO UCC
UO UCC	12110	O <sub>2</sub> -5/7 litri-VE	1	RESPIRATORE V60/DEPOSITO RETRO UCC
UO PEDIATRIA	10111	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO/CULLA TRASPORTO-PATOLOGIA NEON.
		O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO/SALA MEDICAZIONE-REPARTO
AMBULATORI				
AMBULATORI ESTERNI	17709 17719	AZOTO LIQUIDO Dewars 25 litri	1	DERMATOLOGICO/BAGNO
		O <sub>2</sub> -2 litri-VE	2	Spillatore-Cryopro 500cc / 350cc (2+2) OZONOTERAPIA/AMBULATORIO 232 L.P.
AMB. CARDIOLOGIA	17721	MISCELA- 14 litri VE	1	ERGOSPIROMETRIA/APPARECCHIATURA DEDICATA
AMB. EMODINAMICA	12021	N <sub>2</sub> O-5 litri-VE (no Linde)	1	CRIOABLAZIONE/SALA ELETTROFISIOLOGIA
		ELIO da 1 litro	2	CONTROPULSAZIONE AORTICA/APPARECCHIATURE(2)
		Aria-5 litri-VE	1	ATERECTOMIA CORONARICA/ APPARECCHIATURA
AMB. FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA/ PNL	17708	O <sub>2</sub> -7/10 litri-VE MISCELE VARIE - 14 litri -VE	2 4	ESAME DIAGNOSTICO/APPARECCHIATURE DEDICATE
AMB. OCULISTICO		NO		
PALESTRA FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	17708	O <sub>2</sub> -5 litri-IRV		TRASPORTO PAZIENTI/CARRELLINO
SERVIZI				
CENTRO- ONCOLOGICO		NO		
C.P.S.		NO		
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	18708	CO <sub>2</sub> -5 litri-VE	1+1 1+1 1	INSUFFLATORE ENDOSCOPICO CO <sub>2</sub> / SALA1-2 INSUFFLATORE ENDOSCOPICO CO <sub>2</sub> / COLONNE PENSILI SALA1- SALA ANGIOGRAFICA / COLONNA VIDEO

## MAPPATURA UBICAZIONE/USO BOMBOLE GAS MEDICINALI NEI REPARTI

IOT01/03  
Rev. 05  
29/03/2019  
Pag. 2 di 3

REPARTO	CdC	BOMBOLE/ CAPACITÀ/VALVOLA	QTÀ	USO/UBICAZIONE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA		Argon-5 litri-VE	1+1	ELETTROBISTURI VIO-APC (2)/SALA1-2
PRERICOVERO		NO		
SALA GESSI		NO		
UO LABORATORIO ANALISI	18130	CO <sub>2</sub> -14 litri-VE	1	CRESCITA BATTERI IN CO <sub>2</sub> /INCUBATORE
UO RADIOLOGIA	18201	CO <sub>2</sub> -1 litro-VE	1	INSUFFLATORE ENDOSCOPICO CO2/ TAC 1
SALA OPERATORIA				
PICCOLI INTERVENTI	18710	NO		
SALA PARTO	10113	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	EMERGENZA/CARRELLO
		O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	1	TRASPORTO/INCUBATRICE (CORRIDOIO SALA PARTO)
		O <sub>2</sub> -10 litri-VE	1	CORRIDOIO SALA PARTO (per Anestesista)
SO OCULISTICA		NO		
SO PIASTRA	18713	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	6	EMERGENZA/LETTINO
		O <sub>2</sub> -10 litri-VE	1	EMERGENZA BLOCCO IMP. CENTR
		O <sub>2</sub> - 2 litri-VE	2	RESPIRATORE/VENTILATORE OXY-LOG 2000
		O <sub>2</sub> - 2 litri-VE	1	OZONOTERAPIA/CARRELLO-TERAPIA-DOLORE
		O <sub>2</sub> -14 litri-VE	1	CARRELLO UMS
		Aria-14 litri-VE	1	CARRELLO UMS
SO CHIRURGIA SO UROLOGIA SO GINECOLOGIA SO OTORINO	18713	CO <sub>2</sub> -5 litri-VE	2+2	LAPAROSCOPIA/4 COLONNE-SALA 2/4/6
O <sub>2</sub> -3 litri-IRV		1	TERMOCULLA / SALA OPERATORIA GINECOLOGIA	
Argon-5 litri-VE		2	MODULO ELETTROBISTURI/SALA 2	
EMERGENZA				
UO M.A.U.	10022	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	3	TRASPORTO PAZIENTI/STUDIO C.I. VICINO FINESTRA
UO RIANIMAZIONE	12810	O <sub>2</sub> -5 litri-IRV	7	7 POSTAZIONI LETTO
		O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	3	3 CARRELLI EMERGENZA
		O <sub>2</sub> -2 litri-IRV	2	RESPIRATORE/VENTILATORE: OXY-LOG 3000 - OXY-LOG 2000 / DEPOSITO FARMACI - DISPOSITIVI
UO PS	18010	O <sub>2</sub> -3 litri-IRV	7	TRASPORTO PAZIENTI/LETTINO
		N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> 50%/50%	1	ANALGESIA PROCEDURALE/AMBULATORIO CHIRURGICO
		Miscela 5 litri-IRV	1	RESPIRATORE SAVINA / SALA ROSSA
		O <sub>2</sub> -5 litri-VE	1	RESPIRATORE / SALA ARANCIO
118	18012	O <sub>2</sub> -7 litri-VE	2	EMERGENZA/AMBULANZA 118
		O <sub>2</sub> -2 litri-VE	2	RESPIRATORE VENTILATORE (118/PS)
PRESIDIO DI RIVOLTA D'ADDA				
UO RIAB. CARDIOL.	22012	NO		
UO RIAB. NEUROMO.	22513	NO		
UO NOA	28301	NO		
RADIOLOGIA	28201	O <sub>2</sub> -5 litri-IRV	1	EMERGENZA/DIAGNOSTICA NUOVA
UO RIAB. RESPIRATORIA	22412	O <sub>2</sub> da 31 litri Dewars (no Linde)	3	OSSIGENOTERAPIA-CRONICA-DOMICILIARE/ DEPOSITO
		O <sub>2</sub> -5 litri-IRV	1	EMERGENZA/ DEPOSITO
		O <sub>2</sub> -5 litri-IRV	1	VENTILATORE

REPARTO	CdC	BOMBOLE/ CAPACITÀ/VALVOLA	QTÀ	USO/UBICAZIONE
AMBUL. SPIROMETRIA/ UO RIAB RESPIRATORIA	22412	O <sub>2</sub> -10 litri-VE MISCELE VARIE - 10 litri-VE	1 3	ESAME DIAGNOSTICO/ APPARECCHIATURA DEDICATA
AMBUL. TEST DA SFORZO / UO RIAB. CARDIOLOG.	22012	MISCELE VARIE- 10 litri -VE	2	ESAME DIAGNOSTICO/ APPARECCHIATURA DEDICATA
<b>SONCINO</b>				
CURE SUBACUTE (secondo procedura Fondazione-Onlus)	40011	O <sub>2</sub> da 7 litri	1 1 1	EMERGENZA/INFERMERIA 1° PIANO EMERGENZA/DEPOSITO 1° PIANO EMERGENZA/INFERMERIA 2° PIANO

**LEGENDA:** la destinazione d'uso indicata con la scritta di colore **verde** è legata all'utilizzo di apparecchiatura.

**Valvola IRV:** valvola riduttrice

**Valvola VE:** valvola erogatrice

In merito alle valvole per le specifiche vedi IOT/02 pag 7B

**NB: COME DA DISPOSIZIONI AZIENDALI OGNI CARRELLO DELLE URGENZE DEVE ESSERE PROVVISORIO DI UNA BOMBOLA USA E GETTA**

Il Coordinatore Infermieristico/suo delegato è **responsabile:**

**NUMERO/TIPOLOGIA GAS /CAPACITÀ/VALVOLA RIDUTTRICE/SCADENZA**

delle bombole presenti nel reparto secondo la presente Istruzione Operativa.

In caso di indisponibilità momentanea la ditta appaltata

potrà effettuare consegne di bombole di

**OSSIGENO da 2-5 litri anziché da 3 litri.**

Consegne di bombole di capacità diversa da quella sopra indicata

dovranno essere comunicate alla Farmacia.

Bombole di ELIO 1 litro in Emodinamica

numero effettivo da schema variabile in base alla consegna dell'azienda fornitrice Linde.