

Determina N. 406 del 13/06/2024

**OGGETTO:** ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA. SPESA EURO 61.058,60 - IVA 5% E 22% INCLUSA.

**IL DIRIGENTE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega prevista dall'art. 7 comma 6, del regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che:**

- a) con determina n. 753 del 10.11.2023 è stato – tra l'altro - disposto:
- di indire procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici;
  - di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023;
  - di approvare la documentazione di gara, consistente nella lettera d’invito, nel capitolato speciale e nei relativi allegati;
  - di invitare i n. 7 operatori economici che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto;
  - di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa dell’offerta;
- b) con determina n. 11 del 10.01.2024 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l’incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto;

**Visti:**

- il Verbale n. 1 della 1<sup>a</sup> seduta riservata tenutasi nelle date del 15.01.2024 e del 16.01.2024 (Allegato A) dal quale – tra l’altro - si evince che l’apposita Commissione Amministrativa:

- a) operando tramite il sistema telematico, in via preliminare, ha riscontrato che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ore 13.00 del 21.12.2023, fissato nella Lettera di invito – sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva:

	<b>Operatore economico</b>
1	Solmed s.r.l.
2	Sidem S.p.A.
3	Samsung Electronics Italia S.p.A.
4	Sipar s.r.l.
5	Siemens Healthcare s.r.l.
6	Fujifilm Italia S.p.A.
7	GE Medical Systems Italia S.p.A.

- b) successivamente ha provveduto all'apertura delle offerte ed - effettuati i dovuti controlli - ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti di Solmed, s.r.l., ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e nei confronti di Samsung Electronics Italia S.p.A. e Sipar s.r.l., ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, sospendendo la seduta in attesa che i concorrenti inviassero la documentazione richiesta;
- c) ha proseguito l'esame della documentazione nella seduta del 16.01.2024, constatando che i concorrenti nei confronti dei quali era stato attivato il soccorso istruttorio avevano tutti prodotto la documentazione richiesta, che è stata esaminata e ritenuta idonea;
- d) ha disposto l'ammissione alle fasi successive di gara di tutti i suindicati soggetti, avendo gli stessi prodotto documentazione completa e conforme a quanto prescritto;
- e) ha effettuato, su piattaforma, lo sblocco e l'apertura delle Offerte Tecniche presentate, constatando la sola presenza dei documenti prescritti;
- f) ha previsto la successiva trasmissione della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti al Presidente della Commissione Tecnica, per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate;
- la e-mail del 16.01.2024 con cui si informava il Presidente dell'apposita Commissione dell'invio della documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico – dai partecipanti, mediante lo strumento informatico di condivisione One Drive, per le necessarie valutazioni;
- la nota P.I. n. 20313 del 22.03.2024, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 22.02.2024 e relativi allegati, concernenti le attività svolte (allegato B);
- il Verbale n. 2 della 2<sup>a</sup> seduta riservata in data 29.03.2024 (allegato C), nel corso della quale:
- il Presidente della Commissione Amministrativa:

- a) ha preso atto delle risultanze della valutazione espressa dalla Commissione Tecnica, ha dato pubblica lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico-qualitativi delle offerte tecniche presentate dai n. 7 Concorrenti, come sotto riportato:

<i>Denominazione</i>	<i>Punti alla qualità max p. 70</i>
Solmed s.r.l.	64,00
Sidem S.p.A.	60,58
Samsung Electronics Italia S.p.A.	60,07
Sipar s.r.l.	59,15
Siemens Healthcare s.r.l.	64,33
Fujifilm Italia S.p.A.	63,08
GE Medical Systems Italia S.p.A.	68,80

- b) ha effettuato il relativo inserimento nel Sistema SinTel;
- c) ha provveduto, quindi, all'apertura della Busta Telematica contenente l'offerta economica dei soggetti ammessi e gli eventuali relativi allegati, rilevando le seguenti condizioni economiche d'offerta:

<i>Denominazione</i>	<i>Importo offerto per la fornitura Iva esclusa</i>
Solmed s.r.l.	€ 70.000,00
Sidem S.p.A.	€ 86.633,00
Samsung Electronics Italia S.p.A.	€ 58.000,00
Sipar s.r.l.	€ 119.500,00
Siemens Healthcare s.r.l.	€ 93.000,00
Fujifilm Italia S.p.A.	€ 78.000,00
GE Medical Systems Italia S.p.A.	€ 96.870,00

- d) ha determinato il punteggio globale (parte tecnico/qualitativa + parte economica) riportato dai Concorrenti, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 120.000,00 (IVA esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	Samsung Electronics Italia S.p.A.	60,07	€ 58.000,00	30,00	90,07
2	Solmed s.r.l.	64,00	€ 70.000,00	24,86	88,86
3	GE Medical Systems Italia S.p.A.	68,80	€ 96.870,00	17,96	86,76
4	Fujifilm Italia S.p.A.	63,08	€ 78.000,00	22,31	85,39
5	Siemens Healthcare s.r.l.	64,33	€ 93.000,00	18,71	83,04
6	Sidem S.p.A.	60,58	€ 86.633,00	20,08	80,66
7	Sipar s.r.l.	59,15	€ 119.500,00	14,56	73,71

- completata l'attribuzione dei punteggi, la Commissione Amministrativa:
- ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto a favore di Samsung Electronics Italia S.p.A., concorrente 1<sup>a</sup> classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 90,07/100, per l'importo complessivo di € 58.000,00 oltre IVA 5%;
  - ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che l'offerta presentata dal primo classificato è "anomala", in quanto entrambi i punteggi assegnati, rispettivamente, alla qualità ed al prezzo sono superiori ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dalla Lettera di invito;
  - ha preso atto - altresì - che Samsung Electronics Italia S.p.A., aggiudicataria provvisoria, non ha prodotto - unitamente all'offerta economica - le giustificazioni a corredo della stessa, di cui all'art. 110, comma 2, del suindicato decreto e, pertanto, si è reso necessario chiedere la relativa presentazione per iscritto, ai sensi dell'articolo citato;
  - ha stabilito, perciò, di sottoporre a verifica, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 la prima migliore offerta, presentata da Samsung Electronics Italia S.p.A., subordinando l'aggiudicazione all'adozione di specifico provvedimento aziendale, al termine delle prescritte valutazioni di congruità;

**Richiamato** il verbale n. 3 della seduta riservata in data 07.05.2024 (Allegato D) della Commissione appositamente costituita per effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 dal quale si evince che:

- tramite il canale “Comunicazioni procedura” attivo su piattaforma SinTel, con pec in data 29.03.2024, il presidente della commissione amministrativa ha chiesto a Samsung Electronics Italia S.p.A. di produrre, per iscritto, in conformità all’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, le suddette giustificazioni a corredo dell’offerta, entro e non oltre l’11.04.2024;
- l’aggiudicatario provvisorio ha presentato quanto richiesto, con pec SinTel del 10.04.2024;
- la Commissione appositamente costituita per effettuare la valutazione, ai sensi degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, della congruità dell’offerta presentata da Samsung Electronics Italia S.p.A., sulla base delle giustificazioni a corredo della stessa da ultimo prodotte:
  - a) ne ha analizzato i contenuti, riconducibili agli elementi, di cui al comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 36/2023;
  - b) ha ritenuto che gli stessi depongano per un giudizio di serietà dell’offerta e siano idonei ad escluderne l’incongruità;
  - c) ha valutato, pertanto, complessivamente congrua e sostenibile l’offerta economica presentata da Samsung Electronics Italia S.p.A., concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – radiologia dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici, e ha confermato l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore della medesima, subordinando l’aggiudicazione definitiva all’adozione di specifico provvedimento aziendale;

**Dato atto che**, in data 08.05.2024, sono stati tempestivamente avviati i controlli di cui all’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico aggiudicatario e gli stessi sono ancora in corso di ultimazione;

**Constatato che** il RUP, richiamate le disposizioni del D.L. n. 168/2004, convertito in Legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con Circolare del 24.9.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del D.P.C.M. 11.7.2018, ha verificato che attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l’acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi, che non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11.7.2018;

**Precisato che**, per l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 in oggetto, il costo ammonta a € 58.000,00 IVA 5% esclusa, oltre € 130,00 oltre IVA 22% per oneri per rischio interferenziale, e così complessivamente € 58.130,00 oltre IVA 5% e 22% (€ 61.058,60 IVA 5% e IVA 22% inclusa), e fa carico al budget della autorizzazione di spesa n. 730 sub 1 “*DGR 5970/22- Decreto 4188 del 29.03.2022 – fondi indistinti, quota per apparecchiature sanitarie*” del bilancio 2024, che presenta la necessaria diponibilità;

**Evidenziato che** il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dott. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione Acquisti;

**Dato atto** che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo;

## DETERMINA

1. di approvare l'operato delle Commissioni Amministrativa e Tecnica, quale risultante dai n. 4 documenti richiamati in premessa (Allegati A, B, C e D), che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – radiologia dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici, a Samsung Electronics Italia S.p.A., concorrente 1<sup>a</sup> classificato in graduatoria, con il punteggio globale di 90,07/100, per l'importo di € 58.000,00 oltre IVA 5%;
3. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico aggiudicatario;
4. di prendere atto che:
  - nel caso di specie, a norma dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto;
  - si provvederà, pertanto, alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
5. di dare atto che il costo connesso all'affidamento in oggetto ammonta a € 58.000,00 IVA 5% esclusa, oltre € 130,00 IVA 22% esclusa per oneri per rischio interferenziale, e così complessivamente € 58.130,00 oltre IVA 5% e 22% (€ 61.058,60 IVA 5% e 22% inclusa), e fa carico al budget della autorizzazione di spesa n. 730 sub 1 “DGR 5970/22- Decreto 4188 del 29.03.2022 – fondi indistinti, quota per apparecchiature sanitarie” del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità.
6. di individuare quali direttori dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, ciascuno per la propria competenza, il dott. Paola Marra, dirigente medico della SC Radiologia diagnostica per immagini, e l'ing. Alessandra Zanardi, collaboratore tecnico professionale della SC Ingegneria clinica, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o loro delegati;
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
8. di dato atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Acquaroli Giovanni



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



**VERBALE N. 1  
DI AMMISSIONE A GARA**

Oggetto: **Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023** concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

CIG: A027F29471

L'anno 2024, addì 15 del mese di **gennaio**, presso la Sala Riunioni della SC Gestione Acquisti, dalle ore 10.00 alle ore 13, si riunisce - in 1^ seduta riservata - l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;

Componente dott.ssa Veronica Cattaneo – Assistente amministrativo SC Gestione Acquisti;

Componente dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti,

per l'apertura della Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa prodotta dai sottoelencati Concorrenti e l'esame della stessa:

	<b>Operatore economico</b>
1	Solmed S.r.l.
2	Sidem S.p.A.
3	Samsung Electronics Italia S.p.a.
4	Sipar S.r.l.

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



5	Siemens Healthcare S.r.l.
6	Fujifilm Italia S.p.a.
7	GE Medical Systems Italia S.p.a.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Componente: dr.ssa Daniela Algeri.

Preliminarmente si dà atto che con determina n. 11 del 10.01.2024 sono state nominate le Commissioni Amministrativa e Tecnica, con l'incarico di espletare gli adempimenti procedurali previsti per la gara in oggetto.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, richiamata:

- la determina n. 753 del 10.11.2023 con cui è stato – tra l'altro - disposto:

- a) di indire procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici;
- b) di provvedere alla relativa aggiudicazione con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 108 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) di approvare la documentazione di gara, consistente nella lettera d’invito, nel capitolato speciale e nei relativi allegati;
- d) di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - in osservanza al disposto dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la nomina della commissione amministrativa e della commissione tecnica deputata alla valutazione tecnico - qualitativa delle offerte;

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

operando mediante il sistema telematico, in via preliminare, riscontra che - entro il termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 21.12.2023 - risulta pervenuta l’offerta di n. 7 Concorrenti riportati sul frontespizio del presente verbale, la cui presentazione è stata, quindi, tempestiva.

Successivamente, provvede all’apertura delle offerte presentate e, come si evince dall’unito prospetto riepilogativo, parte integrante del presente verbale:

- a) verifica che le stesse sono composte da Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa, Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica e Busta Telematica



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

contenente l'Offerta Economica (d'altro canto, l'esito positivo di tale controllo è già implicito nella rilevazione della presenza su Sintel dell'offerta medesima, in quanto eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie non sono accettate dal Sistema);

- b) accede all'area contenente la Documentazione Amministrativa delle offerte presentate, dando atto che le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né da parte dell'Azienda, né di terzi;
- c) effettua il riscontro della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- d) procede all'analisi degli atti costituenti la Documentazione Amministrativa dei Concorrenti, con le seguenti precisazioni:

	<b>Operatore economico</b>	<b>Controllo busta amministrativa</b>
1	Solmed S.r.l.	Il DGUE non è completo di tutte le dichiarazioni
2	Sidem S.p.A.	Ok, tutti i documenti regolari
3	Samsung Electronics Italia S.p.a.	Manca la procura e la carta di identità del soggetto che ha sottoscritto i documenti i gara
4	Sipar S.r.l.	Mancano Capitolato e Lettera di invito sottoscritti da rappresentante operatore economico e modulo referente clausola T&T, c'è una dichiarazione per cui dicono di non compilarla perché non applicabile
5	Siemens Healthcare S.r.l.	Ok, tutti i documenti regolari
6	Fujifilm Italia S.p.a.	Ok, tutti i documenti regolari
7	GE Medical Systems Italia S.p.a.	Ok, tutti i documenti regolari

Viste le risultanze dell'analisi della documentazione amministrativa dei predetti concorrenti, la commissione amministrativa decide di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di Solmed, S.r.l., ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, quanto alla completezza del DGUE, e nei confronti di Samsung Electronics Italia S.p.a. e Sipar S.r.l., ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, quanto alla produzione della documentazione richiamata nella tabella di cui sopra. Il termine concesso per l'invio della documentazione tramite il Canale comunicazioni di Sintel è fissato al 17.01.2024.

Alle ore 13,00 la 1<sup>a</sup> seduta riservata viene quindi sospesa in attesa che i concorrenti individuati inviino la documentazione richiesta.

\*\*\*\*\*

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

L'anno 2024, addì 16 del mese di **gennaio**, presso la Sala Riunioni della SC Gestione Acquisti, dalle ore 15.10 alle ore 16.15, si riunisce l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di Gara), nella composizione di cui al frontespizio del presente verbale, la quale prosegue le attività della 1<sup>a</sup> seduta riservata.

## La COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- a) rileva che i concorrenti nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio all'esito della seduta del 15.01.2024, hanno tutti prodotto la documentazione richiesta, che viene quindi esaminata;
- b) dichiara, pertanto, ammessi alle fasi successive della procedura i seguenti soggetti, avendo prodotto documentazione amministrativa completa e conforme a quanto richiesto:

<i>n.</i>	<i>denominazione</i>	<i>giudizio di ammissione</i>
1	Solmed S.r.l.	ammesso
2	Sidem S.p.A.	ammesso
3	Samsung Electronics Italia S.p.a.	ammesso
4	Sipar S.r.l.	ammesso
5	Siemens Healthcare S.r.l.	ammesso
6	Fujifilm Italia S.p.a.	ammesso
7	GE Medical Systems Italia S.p.a.	ammesso

- c) effettua - infine - su piattaforma, lo sblocco e l'apertura delle Offerte Tecniche presentate, accertando la sola presenza dei documenti prescritti.

A seguito di tali riscontri,

## IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

➤ dà atto che:

1. i succitati Concorrenti sono definitivamente ammessi a gara;
2. la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dalle apposite Buste Telematiche, sarà trasmessa al Presidente della Commissione Tecnica e ai suoi membri per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nella Lettera di invito;



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

- rammenta, infine, che le Offerte Economiche resteranno chiuse/bloccate da Sintel e, quindi, il contenuto delle stesse non sarà visibile, né da parte dell'Azienda, né di terzi sino alla 2<sup>a</sup> seduta riservata, che si terrà non appena saranno terminate le prescritte valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

Alle ore 16.15 la seduta è tolta.

Fa parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo di ammissione a gara.

N.B. *Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti della SC Gestione degli Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

La Commissione Amministrativa

– dr. Enrico Gamba

– dott.ssa Veronica Cattaneo

– dr.ssa Daniela Algeri

..... Enrico Gamba .....

..... Veronica Cattaneo .....

..... Daniela Algeri .....



Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	Fujifim Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
➤ Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del 17.02.2023	21.12.2023 – 11.09.50 CET (Protocollo informativo n. 1703153390027)	20.12.2023 – 22.19.28 CET (Protocollo informativo n. 1703107168033)	20.12.2023 – 18.12.11 CET (Protocollo informativo n. (1703092331978)	20.12.2023 – 14.38.33 CET (Protocollo informativo n. (1703079513979)	20.12.2023 – 10.46.52 CET (Protocollo informativo n. (1703065612582)	20.12.2023 – 9.28.44 CET (Protocollo informativo n. (1703060924399)	19.12.2023 – 15.43.59 CET (Protocollo informativo n. (1702997219398)
<b>BUSTA TELEMATICA</b>							
<b>A): Documentazione Amministrativa</b>	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
<b>BUSTA TELEMATICA</b>							
<b>B): Documentazione Tecnica</b>	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
<b>BUSTA TELEMATICA</b>							
<b>C): Offerta Economica</b>	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
<b>BUSTA TELEMATICA</b>							
<b>A): Documentazione Amministrativa</b>							
a) scheda delle informazioni di partecipazione (corredata delle dichiarazioni integrative) ed eventuale procura	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
b) DGUE (corredato della documentazione integrativa, in caso di avvalimento);	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
c) Documentazione soggetti associati	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.


<b>REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:</b>	Fujifim Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
d) Documentazione in caso di avvalimento/non avvalimento	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
e) dichiarazione referente per adempimenti clausola T&T	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
f) Lettera di invito e Capitolato Speciale sottoscritti	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
g) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>GIUDIZIO DI AMMISSIONE</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>	<b>AMMESSA</b>
<b>BUSTA TELEMATICA</b>							
<b>B): Documentazione Tecnica</b>							
a) relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi, che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico di cui al punto successivo completa di	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì

*lm*

*V*

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	Fujifim Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
schede tecniche, tabelle, depliant, disegni, ecc. a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole;							
b) questionario tecnico (Allegato 2_D - "Scheda offerta tecnica" alla presente Lettera di invito) compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato editabile	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
c) modulo delle specifiche di minima Allegato 3_D Scheda caratteristiche minime debitamente compilato e reso disponibile sia in formato pdf sia in formato editabile	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ



Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	FujiFilm Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
d) certificati di conformità alla normativa vigente (direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
e) codici, descrizione e listino del materiale di consumo, specificando quale materiale è dedicato/esclusivo	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
f) manuale d'uso utente in italiano	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
g) piano di manutenzione dettagliato sia in garanzia che post, completo di check list che viene utilizzata durante le visite manutentive	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
h) calendario delle visite di manutenzione preventiva da effettuarsi durante il periodo di garanzia (la manutenzione dovrà essere svolta entro il periodo di garanzia)	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ



Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	Fujifim Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
i) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (almeno 3 giornate e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della stessa nel caso si ritenesse necessario);	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
j) schede di sanificazione del dispositivo e degli accessori pluriuso	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
k) dichiarazione di impegno alla fornitura di parti di ricambio e di prestazioni da parte di tecnico specializzato anche richiesto da Ditta terza individuata dall'ASST per l'assistenza tecnica	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
l) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo)	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	Fujifilm Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
m) Modulo Mod02PG1MQ7 debitamente compilato	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
n) offerta economica <b>senza prezzi</b>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
o) dichiarazione d'impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, senza alcun onere di spesa aggiuntivo per la ASST: 1. licenze d'uso dell'eventuale software fornito per tutto il periodo di vita e/o utilizzo del bene; 2. manuale del service, ove possibile; 3. certificati di taratura degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche previste dal protocollo di accettazione del produttore in fase di collaudo;	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA:	Fujifim Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
p) specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R n.445/2000, concernente l'assunzione dell'impegno a fornire la <b>GARANZIA full risk</b> , nulla escluso (uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc.), sia per l'apparecchiatura che per gli accessori forniti, per un periodo di <b>almeno n.12 mesi solari</b> , che decorrono dal giorno successivo al collaudo positivo dell'apparecchiatura, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici;	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
q) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
r) dichiarazione firmata contenente - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Il	SÌ	NO	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

REQUISITI PER AMMISSIONE A GARA: concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti costituenti segreti tecnici e commerciali	Fujifim Italia spa	Solmed srl	Samsung Electronics Italia spa	GE Medical Systems Italia Spa	Sipar Srl	Siemens Healthcare S.r.l.	Sidem
GIUDIZIO GLOBALE DI AMMISSIONE	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

Bergamo, 16.01.2024

La Commissione Amministrativa:

Dr.ssa Veronica Cattaneo  
*Veronica Cattaneo*  
 dr. Enrico Gamba  
*Enrico Gamba*  
 Dr.ssa Daniela Algeri  
*Daniela Algeri*



## ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

### VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE TECNICA

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA DOTATO DI MODULI AVANZATI PER VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/PROGNOSTICHE IN PARTICOLARE DEL FEGATO E PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI.**

Con Determina 11 dell'11/01/2024 è stata nominata la Commissione Tecnica così di seguito composta:

Presidente: Dott. Pietro Andrea Bonaffini - Dirigente Medico SC Radiologia Diagnostica per immagini 1;

Componente: Dott.ssa Clarissa Valle – Dirigente Medico SC Radiologia Diagnostica per immagini 1

Componente: Ing. Serena Stabilini – Collaboratore SC Ingegneria Clinica;

la quale si riunisce in seduta riservata nella giornata del 14 febbraio 2024 dalle ore 12.00 alle ore 12.30,

presso l'ASST Papa Giovanni XXIII per analizzare la documentazione tecnica pervenuta prodotta dai

seguenti operatori economici ammessi a gara:

<i>n.</i>	<i>Denominazione</i>
1	Fujifilm Healthcare Italia
2	GE Medical Systems Italia S.p.a.
3	Samsung Electronics Italia S.p.A.
4	S.I.D.E.M. SPA
5	Siemens Healthcare S.r.l.
6	Sipar S.r.l.



7	Solmed S.r.l.
---	---------------

in conformità all'art. 17 della Lettera di invito.

Il Presidente della Commissione tecnica dà preliminarmente atto che risulta trasmessa dalla Commissione amministrativa (Seggio di gara) la documentazione tecnica dei suddetti concorrenti.

I lavori iniziano con la verifica del possesso dei requisiti minimi ed in prima istanza, tutte le apparecchiature risultano ideone.

La Commissione Tecnica non ha ritenuto necessario la prova pratica delle apparecchiature offerte dagli operatori economici.

La Commissione sospende i lavori e si aggiorna.

\*\*\*\*\*

Successivamente nella giornata del 22 febbraio 2024 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si riunisce nuovamente in seduta riservata la Commissione Tecnica che procede alla determinazione del punteggio complessivo di natura qualitativa/tecnica assegnato a ciascuna offerta mediante somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione individuati e sulla base della griglia di valutazione riportata all'art. 17 della Lettera di invito.

<b>ECOTOMOGRFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1</b>		
1	Caratteristiche generali dell'apparecchiatura: valutazione dell'ergonomia dello strumento, dell'ingombro, manovrabilità, praticità di utilizzo, funzionamento a batteria e/o funzione stand by, etc.	5
2	Shear wave elastography: valutazione della soluzione proposta tenendo conto anche della presenza delle caratteristiche di minima indicate come "preferibilmente".	10
3	Funzione di quantificazione real time della steatosi epatica: valutazione della soluzione proposta	10
4	Funzione CEUS: valutazione della soluzione proposta	10
5	Presenza nella configurazione offerta di sw per la detezione di flussi micro	10

RAB  
CW



	vascolari non basata su doppler: valutazione della soluzione proposta.	
6	Trasduttori: caratteristiche dei trasduttori richiesti nella configurazione base, frequenza, penetrazione, apertura, ergonomia e resa qualitativa in particolare in condizioni come addomi difficili.	15
7	Modulo color doppler a larga banda ad altissima sensibilità per flussi lentissimi a bassa portata e discriminazione di clutter naturali	3
8	Sw per la coregistrazione di immagini acquisite in tempi diversi	3
9	Valutazione della funzionalità fusion se inclusa nell'offerta con tutti gli accessori	2
10	Altri elementi migliorativi (descrivere)	2

La Commissione, valutata la documentazione tecnica, decide di assegnare il punteggio per singolo criterio e per ciascun operatore economico come riportato nell'Allegato denominato "Punteggio dettagliato" al presente verbale.

Infine, l'Allegato denominato "Punteggio Finale" riporta il punteggio conclusivo per Operatore Economico.

Al termine della seduta, la Commissione dichiara la chiusura dei propri lavori e dispone l'invio del presente verbale alla Commissione Amministrativa (Seggio di gara), per gli atti conseguenti.

Bergamo, 22.02.2024

La Commissione Tecnica

Presidente Dott. Pietro Andrea Bonaffini

Componente Dott.ssa Clarissa Valle

Componente Ing. Serena Stabilini

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA DOTATO DI MODULI AVANZATI PER VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/PROGNOSTICHE IN PARTICOLARE DEL FEGATO E PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI.

PUNTEGGIO DETTAGLIATO

COMMISSARIO A Dr. Pietro Andrea Bonaffini

COMMISSARIO B Dr.ssa Clarissa Valle

COMMISSARIO C ing. Serena Stabillini

CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE

A- Caratteristiche generali dell'apparecchiatura: valutazione dell'ergonomia dello strumento, dell'ingombro, manovrabilità, praticità di utilizzo, funzionamento a batteria e/o funzione stand by, etc.

PUNTI 5

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	1	1	1	3,00	1,00	5,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	5,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	5,00
S.I.D.EM. SPA	1	1	0,75	2,75	0,92	4,58
SIEMENS HEALTHCARE SRL	0,75	0,75	1	2,50	0,83	4,17
SIPAR SRL	1	1	1	3,00	1,00	5,00
SOLMED SRL	1	1	1	3,00	1,00	5,00

B-Shear wave elastography: valutazione della soluzione proposta tenendo conto anche della presenza delle caratteristiche di minima indicate come "preferibilmente".

PUNTI 10

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	7,50
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	7,50
S.I.D.EM. SPA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	7,50
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SIPAR SRL	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	7,50
SOLMED SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00

C-Funzione di quantificazione real time della steatosi epatica: valutazione della soluzione proposta.

PUNTI 10

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	1	1	1	3,00	1,00	10,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	10,00
S.I.D.EM. SPA	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SIPAR SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SOLMED SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00

D- Funzione CEUS: valutazione della soluzione proposta.

PUNTI 10

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	0,75	0,75	1	2,50	0,83	8,33
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	10,00
S.I.D.EM. SPA	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SIPAR SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SOLMED SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00

E-Presenza nella configurazione offerta di sw per la detezione di flussi micro vascolari non basata su doppler: valutazione della soluzione proposta.

PUNTI 10

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	1	1	1	3,00	1,00	10,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	10,00
S.I.D.EM. SPA	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SIEMENS HEALTHCARE SRL	0,6	0,75	0,75	2,10	0,70	7,00
SIPAR SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00
SOLMED SRL	1	1	1	3,00	1,00	10,00

F-Trasduttori: caratteristiche dei trasduttori richiesti nella configurazione base, frequenza, penetrazione, apertura, ergonomia e resa qualitativa in particolare in condizioni come addomi difficili.

PUNTI 15

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	1	1	1	3,00	1,00	15,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	15,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	11,25
S.I.D.EM. SPA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	11,25
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1	1	1	3,00	1,00	15,00
SIPAR SRL	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	11,25
SOLMED SRL	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	11,25

SSS  
SAR CU



**Elementi migliorativi inclusi nella configurazione offerta, in particolare:**  
**Modulo color doppler a larga banda ad altissima sensibilità per flussi lenticillari a bassa portata e discriminazione di clutter naturali.**

PUNTI 3

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	1	1	1	3,00	1,00	3,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	3,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	3,00
S.I.D.E.M. SPA	1	1	1	3,00	1,00	3,00
SIEMENS HEALTHCARE SRL	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
SIPAR SRL	0,5	0,5	0,6	1,60	0,53	1,60
SOLMED SRL	1	1	1	3,00	1,00	3,00

**Sw per la coregistrazione di immagini acquisite in tempi diversi**

PUNTI 3

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1,00	3	1,00	3,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
S.I.D.E.M. SPA	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
SIEMENS HEALTHCARE SRL	0,75	0,75	0,75	2,25	0,75	2,25
SIPAR SRL	0,6	0,6	0,60	1,8	0,60	1,80
SOLMED SRL	1	1	0,75	2,75	0,92	2,75

**Valutazione della funzionalità fusion se inclusa nell'offerta con tutti gli accessori**

PUNTI 2

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	0	0	0	-	-	-00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	0,4	0,4	0,4	1,20	0,40	0,80
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0	0	0	-	-	-00
S.I.D.E.M. SPA	0	0	0	-	-	-00
SIEMENS HEALTHCARE SRL	0,75	0,75	1	2,50	0,83	1,67
SIPAR SRL	0	0	0	-	-	-00
SOLMED SRL	0	0	0	-	-	-00

**Altri elementi migliorativi (descrivere).**

PUNTI 2

OFFERTA	COMMISS. A	COMMISS. B	COMMISS. C	SOMMATORIA	MEDIA DELLA SOMMATORIA	PUNTEGGIO CONSEGUITO
FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA	1	1	1	3,00	1,00	2,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	1	1	1	3,00	1,00	2,00
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,5	0,5	0,6	1,60	0,53	1,07
S.I.D.E.M. SPA	1	1	1	3,00	1,00	2,00
SIEMENS HEALTHCARE SRL	1	1	1	3,00	1,00	2,00
SIPAR SRL	1	1	1	3,00	1,00	2,00
SOLMED SRL	1	1	1	3,00	1,00	2,00

SS  
 PAP CV

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA DOTATO DI MODULI AVANZATI PER VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/PROGNOSTICHE IN PARTICOLARE DEL FEGATO E PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI.

**PUNTEGGIO FINALE**

FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA		GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.		SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.		S.I.D.EM. SPA		SIEMENS HEALTHCARE SRL		SIPAR SRL		SOLMED SRL	
PARAMETRO 1	5,00	PARAMETRO 1	5,00	PARAMETRO 1	5,00	PARAMETRO 1	4,58	PARAMETRO 1	4,17	PARAMETRO 1	5,00	PARAMETRO 1	5,00
PARAMETRO 2	7,50	PARAMETRO 2	10,00	PARAMETRO 2	7,50	PARAMETRO 2	7,50	PARAMETRO 2	10,00	PARAMETRO 2	7,50	PARAMETRO 2	10,00
PARAMETRO 3	10,00	PARAMETRO 3	10,00	PARAMETRO 3	10,00	PARAMETRO 3	10,00	PARAMETRO 3	10,00	PARAMETRO 3	10,00	PARAMETRO 3	10,00
PARAMETRO 4	8,33	PARAMETRO 4	10,00	PARAMETRO 4	10,00	PARAMETRO 4	10,00	PARAMETRO 4	10,00	PARAMETRO 4	10,00	PARAMETRO 4	10,00
PARAMETRO 5	10,00	PARAMETRO 5	10,00	PARAMETRO 5	10,00	PARAMETRO 5	10,00	PARAMETRO 5	7,00	PARAMETRO 5	10,00	PARAMETRO 5	10,00
PARAMETRO 6	15,00	PARAMETRO 6	15,00	PARAMETRO 6	11,25	PARAMETRO 6	11,25	PARAMETRO 6	15,00	PARAMETRO 6	11,25	PARAMETRO 6	11,25
PARAMETRO 7	3,00	PARAMETRO 7	3,00	PARAMETRO 7	3,00	PARAMETRO 7	3,00	PARAMETRO 7	2,25	PARAMETRO 7	1,60	PARAMETRO 7	3,00
PARAMETRO 8	2,25	PARAMETRO 8	3,00	PARAMETRO 8	2,25	PARAMETRO 8	2,25	PARAMETRO 8	2,25	PARAMETRO 8	1,80	PARAMETRO 8	2,75
PARAMETRO 9	0,00	PARAMETRO 9	0,80	PARAMETRO 9	0,00	PARAMETRO 9	0,00	PARAMETRO 9	1,67	PARAMETRO 9	0,00	PARAMETRO 9	0,00
PARAMETRO 10	2,00	PARAMETRO 10	2,00	PARAMETRO 10	1,07	PARAMETRO 10	2,00	PARAMETRO 10	2,00	PARAMETRO 10	2,00	PARAMETRO 10	2,00
<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 10)</b>	<b>63,08</b>	<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 10)</b>	<b>68,80</b>	<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 10)</b>	<b>60,07</b>	<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 10)</b>	<b>60,58</b>	<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 10)</b>	<b>64,33</b>	<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 10)</b>	<b>59,15</b>	<b>PUNTEGGIO GLOBALE CONSEGUITO (sommatoria punteggi ottenuti parametri da 1 a 10)</b>	<b>64,00</b>

RAB & CW



**VERBALE**  
**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA (SEGGIO DI GARA)**  
**2^ SEDUTA RISERVATA**

**Oggetto: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.**

**LOTTO 2 CIG: A027F29471**

L'anno 2024, addì 29 del mese di **marzo**, presso la SC Gestione acquisti, alle ore 11.15, si riunisce - in 2^ seduta riservata - l'apposita Commissione Amministrativa (Seggio di gara), composta da:

Presidente      Dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione acquisti;

Componente    Dr.ssa Daniela Algeri - Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione acquisti;

Componente    Dr.ssa Veronica Cattaneo – Assistente amministrativo SC Gestione acquisti;

per provvedere all'espletamento delle seguenti operazioni contemplate dalla Lettera di invito:

- a) presa d'atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica agli elementi tecnico-qualitativi;
- b) apertura delle Buste Telematiche C contenenti l'Offerta Economica dei Concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- c) rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed assegnazione del rispettivo punteggio, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara (C.S.A. e Lettera di invito);
- d) sommatoria, per i Concorrenti, dei punteggi assegnati all'aspetto economico ed agli aspetti tecnico/qualitativi;
- e) formulazione della graduatoria finale provvisoria.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Componente: dr.ssa Daniela Algeri.





\*\*\*\*\*

Premesso che:

– come si evince dal Verbale n. 1 della 1^ seduta riservata in data 15.01.2024, il Presidente della Commissione Amministrativa:

➤ ha disposto:

1. che i Concorrenti definitivamente ammessi a gara sono i seguenti:

	<b>Operatore economico</b>
1	Solmed S.r.l.
2	Sidem S.p.A.
3	Samsung Electronics Italia S.p.a.
4	Sipar S.r.l.
5	Siemens Healthcare S.r.l.
6	Fujifilm Italia S.p.a.
7	GE Medical Systems Italia S.p.a.

2. che la documentazione tecnica prodotta dai medesimi, scaricata - tramite P.C. - dalle apposite Buste Telematiche, sarebbe stata trasmessa al Presidente della apposita Commissione Tecnica per la relativa valutazione, da effettuarsi in sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nella Lettera di invito;

2


➤ ha rammentato, infine, che le Offerte Economiche sarebbero rimaste chiuse/bloccate da SinTel e, quindi, il contenuto delle medesime non sarebbe stato visibile, né da parte dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, né di terzi, sino alla 2^ seduta riservata, che si sarebbe tenuta non appena terminate le valutazioni tecnico/qualitative da parte della Commissione Tecnica.

– pertanto, con @mail dell'08.16.01.2024, la Commissione Amministrativa ha comunicato al Presidente della Commissione che la documentazione tecnica prodotta - in formato elettronico - dai suddetti partecipanti sarebbe stata trasmessa mediante il sistema di condivisione OneDrive, per le necessarie valutazioni;

– mediante nota P.G. n. 20313 del 22.03.2024, il Presidente della Commissione Tecnica ha inviato il verbale del 22.02.2024 e relativi allegati, concernenti le attività svolte;

➤ dà inizio alle operazioni contemplate nella Lettera di invito e descritte sul frontespizio del presente verbale; più precisamente:

a) prende atto delle risultanze delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica e successivamente dà pubblica lettura del punteggio attribuito agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta tecnica presentata dai Concorrenti, come sotto esposto:





<i>denominazione</i>	<i>punti alla qualità max p. 70</i>
Solmed S.r.l.	64,00
Sidem S.p.A.	60,58
Samsung Electronics Italia S.p.a.	60,07
Sipar S.r.l.	59,15
Siemens Healthcare S.r.l.	64,33
Fujifilm Italia S.p.a.	63,08
GE Medical Systems Italia S.p.a.	68,80

- b) rileva che tutti i partecipanti sono risultati ammessi alla prosecuzione della gara;
- c) effettua l'inserimento dei predetti punteggi nel Sistema SinTel;
- provvede, quindi, all'apertura delle Buste Telematiche contenenti l'Offerta Economica dei soggetti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
- dà pubblica lettura delle sottoindicate condizioni economiche praticate dagli stessi:

<i>denominazione</i>	<i>Importo offerto per la fornitura Iva esclusa</i>
Solmed S.r.l.	€ 70.000,00
Sidem S.p.A.	€ 86.633,00
Samsung Electronics Italia S.p.a.	€ 58.000,00
Sipar S.r.l.	€ 119.500,00
Siemens Healthcare S.r.l.	€ 93.000,00
Fujifilm Italia S.p.a.	€ 78.000,00
GE Medical Systems Italia S.p.a.	€ 96.870,00

*h*



- tramite Piattaforma procede alla sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici e determina il punteggio globale conseguito da ciascun Concorrente, formulando la seguente graduatoria provvisoria finale:

N.	Denominazione	Punti alla qualità (max p. 70)	Importo complessivo presunto a base d'asta € 120.000,00 (IVA 22% esclusa)	Punti offerta economica (max p. 30)	Punteggio totale
1	Samsung Electronics Italia S.p.a.	60,07	€ 58.000,00	30,00	90,07
2	Solmed S.r.l.	64,00	€ 70.000,00	24,86	88,86
3	GE Medical Systems Italia S.p.a.	68,80	€ 96.870,00	17,96	86,76
4	Fujifilm Italia S.p.a.	63,08	€ 78.000,00	22,31	85,39
5	Siemens Healthcare S.r.l.	64,33	€ 93.000,00	18,71	83,04
6	Sidem S.p.A.	60,58	€ 86.633,00	20,08	80,66
7	Sipar S.r.l.	59,15	€ 119.500,00	14,56	73,71

Ultimata l'attribuzione dei punteggi,

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- procede alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e rileva che l'offerta presentata da dalla prima classificata Samsung Electronics Italia S.p.a. è "anomala", in quanto entrambi i punteggi assegnati, rispettivamente, alla qualità ed al prezzo sono superiori ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dalla Lettera di invito;
- prende atto, altresì, che Samsung Electronics Italia S.p.a. non ha prodotto - unitamente all'offerta economica - le giustificazioni a corredo della stessa e si rende necessario, pertanto, chiedere la relativa produzione per iscritto, ai sensi del comma 2 articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- stabilisce, perciò, di sottoporre a verifica, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 110, la prima migliore offerta, presentata da Samsung Electronics Italia S.p.a., precisando che l'aggiudicazione è comunque subordinata all'adozione di specifica delibera da parte dell'Amministrazione, al termine delle prescritte valutazioni di congruità;





- dichiara – pertanto - chiusa la seduta alle ore 13.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale:

- la nota P.G. 20313 del 22.03.2024, con cui il Presidente della Commissione Tecnica ha trasmesso il verbale del 22.02.2024

La Commissione Amministrativa

- Dr. Enrico Gamba
- Dr.ssa Daniela Algeri
- Dr.ssa Veronica Cattaneo

.....Enrico Gamba.....  
.....Daniela Algeri.....  
.....Veronica Cattaneo.....







**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

**ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO**

**VERBALE N. 3  
DI VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA  
EX ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Oggetto: **Oggetto: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 concernente la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato alla SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia, dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.**

L'anno 2024, addì 7 del mese di **maggio**, presso l'Ufficio del Direttore SC Gestione Acquisti, si riunisce in seduta riservata - dalle ore 8.30 alle ore 9.00 - l'apposita Commissione composta da alcuni Componenti della Commissione Amministrativa:

- dr. Enrico Gamba – Direttore SC Gestione Acquisti;
- dr.ssa Daniela Algeri – Collaboratore Amm. Professionale SC Gestione Acquisti.

e dal Presidente della Commissione Tecnica:

- dott. Pietro Andrea Bonaffini,

per effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, della congruità dell'offerta presentata da Samsung Electronics Italia S.p.a., sulla base delle giustificazioni a corredo della stessa - in ordine agli elementi di cui all'art. 110, comma 3, del decreto citato, prodotte - tramite la funzione "Comunicazioni procedura" attiva su piattaforma Sintel - con pec in data 10.04.2024.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Componente: dr.ssa Daniela Algeri.



## Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Premesso che:

- come si evince dal Verbale n. 2, nel corso della seduta riservata del 29.03.2024, la Commissione Amministrativa, fra l'altro:
  - a) all'esito della sommatoria dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici, ha determinato il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente e ha stilato la graduatoria provvisoria finale, rilevando che Samsung Electronics Italia S.p.a. è risultata 1<sup>a</sup> classificata nella relativa graduatoria, con il punteggio complessivo di 90,07/100,00, per l'importo totale di € 58.000,00 + IVA;
  - b) ha proceduto alla verifica ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ha rilevato che l'offerta presentata da quest'ultima è "anomala", in quanto entrambi i punteggi assegnati, rispettivamente, alla qualità ed al prezzo sono superiori ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dalla Lettera di invito;
  - c) ha preso atto, altresì, che Samsung Electronics Italia S.p.a. non aveva prodotto - unitamente all'offerta economica - le giustificazioni a corredo della stessa, di cui all'art. 110, comma 2, del suindicato Decreto e, pertanto, si rendeva necessario chiederne la presentazione per iscritto;
  - d) ha stabilito, perciò, di sottoporre a verifica, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 la prima migliore offerta, presentata da Samsung Electronics Italia S.p.a., subordinando l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione, al termine delle prescritte valutazioni di congruità;
- tramite il canale "Comunicazioni procedura" attivo su piattaforma Sintel, con pec in data 29.03.2024, il Presidente della Commissione Amministrativa ha chiesto a Samsung Electronics Italia S.p.a. di produrre, per iscritto, in conformità all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, le suddette giustificazioni a corredo dell'offerta, entro e non oltre l'11.04.2024;
- l'aggiudicataria provvisoria ha presentato quanto richiesto con pec Sintel del 10.04.2024.

L'apposita COMMISSIONE, all'uopo costituita,

1. procede alla lettura della dichiarazione concernente le giustificazioni a corredo dell'offerta presentata da Samsung Electronics Italia S.p.a., ai sensi degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, articolate nei seguenti punti:
  - ✓ economia del processo di fabbricazione dei prodotti prestati o del metodo di costruzione;
  - ✓ soluzioni tecniche prescelte e condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti oggetto di gara;
  - ✓ originalità del prodotto offerto;riconducibili agli elementi, di cui al comma 3, lettere a) e b) del menzionato decreto;

PA h a



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba

2. ritiene, quindi, che i contenuti esposti depongano per un giudizio di serietà dell'offerta e siano idonei ad escluderne l'incongruità. Il concorrente ha dato ampia motivazione in merito al contenimento dei costi di produzione, perché l'apparecchiatura offerta in gara è prodotta direttamente senza intermediazione di terzi ed è caratterizzata da una elevata standardizzazione. Inoltre, l'apparecchiatura è dotata di una avanzata tecnologia che consente la semplificazione dei flussi di lavoro. Il concorrente ha anche fornito un prospetto Excel contenente il conto economico della commessa, da cui emerge un costo del personale nel rispetto dei minimi salariali del CCNL del Commercio, applicato ai dipendenti e un utile aziendale del 9.3%, che potrebbe servire a dar fronte ad eventuali imprevisti;
3. sulla scorta di quanto sopra, ritiene che l'offerta complessiva (considerata anche la valutazione tecnica) presentata da Samsung Electronics Italia S.p.a., sia congrua e sostenibile, e subordina l'aggiudicazione definitiva all'adozione di specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione.

N.B. *Tutta la documentazione citata nel presente verbale è conservata agli atti dell'SC Gestione Acquisti, in conformità alle norme vigenti.*

L'apposita Commissione

dr. Enrico Gamba

dott. Pietro Andrea Bonaffini

dr.ssa Daniela Algeri

  
.....  
  
.....  
  
.....



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 425/24)

Oggetto: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAMMA TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA. SPESA EURO 61.058,60 - IVA 5% E 22% INCLUSA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 11/06/2024

Il dirigente  
Dr. Acquaroli Giovanni

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
730/2024	1	X		€ 61.058,60

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:      Importo 1:

Centro di costo 2:      Importo 2:

Centro di costo 3:      Importo 3:

Centro di costo 4:      Importo 4:

Bergamo, 11/06/2024

Il dirigente  
Dr. Acquaroli Giovanni

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	730/2024	1	€ 61.058,60

Bergamo, 13/06/2024

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Rinaldi Federica

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---